

甲状腺検査のピットフォール

西原 温子

医療法人 神甲会 隈病院

甲状腺機能検査は高感度な免疫測定法が主流だが、非特異反応による干渉が課題である。本講演では測定原理の解説に加え、希釈試験や他法再検といった当院での対応策を紹介する。また、導入した分析装置や搬送システムの運用経験を報告し、検査品質向上と業務効率化に向けた検査室の取り組みを報告する。